

KONTRAINDIKAATIOT



Merkittävät kontraindikaatiot :

Mitään kompressiohoitolaitea mukaan lukien GAME READY järjestelmä ei saa käyttää potilailla:

1. Joilla on akuutti **laskimotulehdus** eli **tromboflebiitti** hoitoalueella
2. Joilla kliinisesti on syvään laskimotukokseen viittaavia oireita hoitoalueella
3. Joilla on merkittävä **valtimokovettumatauti** (**ateroskleroosi**) tai muu verisuonten iskeeminen (hapenpuutetta aiheuttava) sairaus hoitoalueella.
4. Joilla on merkittäviä riskitekijöitä tai kliinisiä merkkejä **veritulpasta** (esim. **keuhkoveritulppa, aivoinfarkti, eteisvärinä, endokardiitti (sydänläppien tulehdus), sydän infarkti tai valtimorasvoittuma (aterooma)** plakin aiheuttama tukos)
5. Joilla on tila, jossa ei ole suotavaa lisätä laskimo tai lymfapaluuta hoidettavasta raajasta (esim. syöpä)
6. Joilla on **hoitamaton verenpainetauti** .

Mitään kylmähoitolaitea mukaan lukien GAME READY järjestelmä ei saa käyttää potilailla:

1. Joilla on merkittävä **verisuonten vajaatoiminta** hoitoalueella (esim. johtuen paleltumasta, sokeritaudista , **verisuontenkovettumataudista** tai **iskemiasta** (hapen puutteesta)
2. Joilla tiedetään olevan verenkuvan poikkeamia , jotka altistavat tukoksille (esim. kohtauksittainen (paroksysmaalinen) kylmä **hemoglobinvirtsaisuus**, kryoglobulineja, **sirppisolautauti** , seerumin kylmävasta-aineita)